

製材オガ屑

分析者名
住所


協和木材株式会社
福島県東白川郡塙町大字西河内字鶴巻田10

■ 試料情報

試料名 製材オガ屑
産地 協和木材
依頼者
試料重量 200g
検体番号
分類 オガ屑
コメント

■ 測定情報

測定日時 2019/05/06 16:05:33
測定時間(秒) 3600
バックグラウンド測定日時 2019.5.6
バックグラウンド測定時間(秒) 7200
バックグラウンド測定値 $^{134}\text{Cs}+^{137}\text{Cs} : 0.00\pm 0.50 \text{ Bq}; ^{40}\text{K} : 0.00\pm 1.00 \text{ Bq}$
測定機器名 ADANI RUG 91-2 (SN: 030, CsI[TI])
データID 5299_2019-05-06_15-02-27
校正日時 2019.5.6
測定場所 品質管理課



■ 測定結果(参考値)

核種名	エネルギー(keV)	放射能測定値 (Bq/kg)	CPS	検出限界 (P=0.99)	検出
^{134}Cs	761→883	$5.10 \pm 7.78 \text{ Bq/kg}$	0.02 (85)	14.84 Bq/kg	ND
^{137}Cs	609→761	$13.89 \pm 7.01 \text{ Bq/kg}$	0.05 (189)	17.27 Bq/kg	ND
$^{134}\text{Cs}+^{137}\text{Cs}$	609→883	$18.99 \pm 9.76 \text{ Bq/kg}$	0.08 (274)	11.23 Bq/kg	検出
^{40}K	1339→1583	N/D	0.04 (143)	215.83 Bq/kg	ND
^{131}I	304→426	$0.00 \pm 0.00 \text{ Bq/kg}$	0.03 (116)	-	

コメント