

製材プレーナー屑(2024年2月)

分析者名
住所


協和木材株式会社
福島県東白川郡塙町大字西河内字鶴巻田10

■ 試料情報

試料名 製材プレーナー屑
産地 協和木材
依頼者
試料重量 213g
検体番号
分類 プレーナー屑
コメント

■ 測定情報

測定日時 2024/02/21 12:01:40
測定時間(秒) 600
バックグラウンド測定日時 2024.2.20
バックグラウンド測定時間(秒) 7200
バックグラウンド測定値 $^{134}\text{Cs}+^{137}\text{Cs}$: 0.00 ± 0.50 Bq; ^{40}K : 0.00 ± 1.00 Bq.
測定機器名 ADANI RUG 91-2 (SN: 030, NaI(Tl))
データID 6401_2024-02-21_11-51-07
校正日時 2024.2.20
測定場所 品質管理課



■ 測定結果(参考値)

核種名	エネルギー(keV)	放射能測定値 (Bq/kg)	CPS	検出限界 (P=0.99)	検出
^{134}Cs	761→883	6.35 ± 4.01 Bq/kg	0.04 (26)	9.73 Bq/kg	ND
^{137}Cs	609→761	6.88 ± 1.79 Bq/kg	0.10 (61)	4.40 Bq/kg	検出
$^{134}\text{Cs}+^{137}\text{Cs}$	609→883	13.23 ± 3.32 Bq/kg	0.14 (87)	3.82 Bq/kg	検出
^{40}K	1339→1583	N/D	0.02 (11)	1637.19 Bq/kg	ND
^{131}I	304→426	0.00 ± 0.00 Bq/kg	0.08 (47)	-	-

コメント