

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。



品 名	スギ 柱 (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 120 × 高さ 120)	
測定器	GM式サーベイメータ (A L O K A 製) TGS-146B	
測定条件	・ 測定法 : 直接測定法 ・ 時定数 : 1 0 sec ・ 測定放射線種 : β 線	
結 果	表面汚染密度※1 (単位 : Bq/cm²) <u>検出限界以下</u>  測 定 状 況 測定値※2 (単位 : cpm) 49 最大 (70) 最小 (30) バックグラウンド (単位 : cpm) 57	
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが¹³¹I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所 : 株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日 : 2025 年 9 月 8 日	

2025 年 9 月 8 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社

御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。



品 名	スギ 桎組材 (204) (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 38 × 高さ 89)	
測定器	GM式サーベイメータ (ALOKA製) TGS-146B	
測定条件	・ 測定法 : 直接測定法 ・ 時定数 : 10 sec ・ 測定放射線種 : β 線	
結 果	表面汚染密度※1 (単位 : Bq/cm²) 検出限界以下  測定状況 測定値※2 (単位 : cpm) バックグラウンド (単位 : cpm) 53 最大 (80) 最小 (40) 33	
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが ¹³¹ I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。	測定場所 : 株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測定日 : 2025 年 9 月 8 日

2025 年 9 月 8 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社

御中

株式会社 加速器分析研究所



放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	ヒノキ 枠組材 (404) (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 89 × 高さ 89)	
測定器	GM式サーベイメータ (ALOKA製) TGS-146B	
測定条件	・ 測定法 : 直接測定法 ・ 時定数 : 10 sec ・ 測定放射線種 : β 線	
結 果	表面汚染密度※1 (単位 : Bq/cm²) 検出限界以下  測 定 状 況 測定値※2 (単位 : cpm) バックグラウンド (単位 : cpm) 41 最大 (50) 最小 (30) 43	
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが ¹³¹ I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。	測定場所 : 株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日 : 2025 年 9 月 8 日

2025 年 9 月 8 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社

御中

株式会社 加速器分析研究所



放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	スギ 集成材柱 (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 105 × 高さ 105)	
測定器	GM式サーベイメータ (ALOKA製) TGS-146B	
測定条件	・ 測定法 : 直接測定法 ・ 時定数 : 10 sec ・ 測定放射線種 : β 線	
結 果	表面汚染密度※1 (単位 : Bq/cm²) 検出限界以下  測定状況 測定値※2 (単位 : cpm) バックグラウンド (単位 : cpm) 54 最大 (70) 最小 (40) 33	
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが ¹³¹ I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。	測定場所 : 株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日 : 2025 年 9 月 8 日

2025 年 9 月 8 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社

御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。



品 名	ヒノキ 集成材柱 (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 105 × 高さ 105)	
測定器	GM式サーベイメータ (ALOKA製) TGS-146B	
測定条件	・ 測定法 : 直接測定法 ・ 時定数 : 10 sec ・ 測定放射線種 : β 線	
結 果	表面汚染密度※1 (単位 : Bq/cm²) 検出限界以下  測 定 状 況 測定値※2 (単位 : cpm) 48 最大 (70) 最小 (30) バックグラウンド (単位 : cpm) 47	
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが ¹³¹ I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。	測定場所 : 株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日 : 2025 年 9 月 8 日